



Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.010025-15



**ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"**

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Продукція
Product

Системи інфузійні та трансфузійні (згідно додатку до сертифікату)

Код УКТ ЗЕД **9018**

Торгова марка
Trademark

Brise plus

Модель/Тип
Model/Type Ref.

(згідно додатку до сертифікату)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ГОСТ 25047-87 (п.1.3.10),
ГОСТ 25046-81 (2.1-2.10; 2.13-2.15),
ISO 7864:1993 (п.п.4; 7; 11.1; 11.3; 11.4; 12; 13.1; 13.2; 14.1; 14.2; 15.1; 15.2),
ISO 9626:1991 (п.п. 4; 5; 7; 9; 10; 11)

Назва та адреса заявника
Name and address of the applicant

**Фірма "GBI&CLC OÜ",
Katusesari tn 6, Tallinna linn, Harju maakond, 11412, Естонія**

Назва та адреса виробника
Name and address of the manufacturer

**Фірма "GBI&CLC OÜ",
Katusesari tn 6, Tallinna linn, Harju maakond, 11412, Естонія**

Назва та місцезнаходження заводу
Name and factory location

**Підприємство "Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer Co., Ltd.",
No.2, Guanyin Road, Economic Development Zone, Taihu County,
246400 Anqing, Anhui Province, KHP**

Додаткова інформація
Additional information

Виданий на підставі:
Issued on the grounds of:
- протокола випробування №
Test Report Ref. No.

протокола випробувань НТВЦ "УкрТЕСТ" №1363-2-2015
від 30.10.2015р. (атестат акредитації № 2Н635 від 10.07.2015р.),
Протокола випробувань ВЛ ІМВ НАНУ №535-2015 від
30.10.2015р. (атестат акредитації №2Н638 від 01.02.2014р.)

Сертифікат видано ООВ ДП "Укрметртестстандарт" (Реєстр. № UA-TR-001) вул. Метрологічна 4, м. Київ, 03680, Україна
Certificate issued by the CAB SE "Ukrmetrteststandard" (Ref. No. UA-TR-001) 4 Metyrologichna st., Kiev, 03680, Ukraine

Дата реєстрації
Date

26.11.2015



Заступник керівника органу з сертифікації
Ример В.Д.
М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на
Validity of the type examination certificate can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at
<http://www.ukrtest.kiev.ua/reestr>



CB057



10023



001

Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.010025-15



ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

ДОДАТОК № 1
Addition

Система ПР Brise plus вентильована з пластиковою голкою 21G X 1 1/2" (0,8x38 мм),
система ПР Brise plus не вентильована з пластиковою голкою і ін'єкційним портом 21G X 1 1/2" (0,8x38 мм),
система ПР Brise plus вентильована з пластиковою голкою і Luer Lock адаптером,
система ПР Brise plus не вентильована з металевою голкою 21G X 1 1/2" (0,8x38 мм),
система ПК Brise plus не вентильована з пластиковою голкою 18G X 1 1/2" (1,2x40 мм),
система ПК Brise plus вентильована з пластиковою голкою, ін'єкційним портом і Luer Lock адаптером

Сертифікат видано ООВ ДП "Укрметртестстандарт" (Реєстр. № UA.TR.001) вул. Метрологічна 4, м. Київ, 03680, Україна
Certificate issued by the GAB SE "Ukrmetrteststandard" (Ref. No. UA.TR.001) 4 Metrologichna, Kyiv, 03680, Ukraine

Дата реєстрації
Date

26.11.2015

Підпис (signature)



Заступник керівника органу з сертифікації

Ример В.Д.

М.П.